

診療放射線技師養成所指導ガイドライン

教育上必要な機械、器具、標本及び模型×シミュレータ&模型 対応表

2026/07

○機械器具

品目	必要数	製品名	商品コード	数量	放射線 掲載頁	超音波 掲載頁	シミュレータ 掲載頁
パソコン～標準線源 省略		－	－	－	－	－	－
○頸ファントム(甲状腺摂取率用)	1	ORINS 式 甲状腺ファントム ITS 型	41503-000	1	59	－	－
○高エネルギー放射線発生装置	1	－	－	－	－	－	－
○ファントム(治療線量測定用)	1	治療用人体ファントム THRA1 型	41480-000	1	66	－	－
		軟組織:タフウォーターファントム WD 型	41770-010～	各種サイズ	65	－	－
		骨組織:タフボーンファントム 内骨 BE-N/皮質骨 BE-H/緻密骨 BE-T	41420-110～	各種サイズ	65	－	－
		肺組織:タフラングファントム LP 型	41760-010～	各種サイズ	65	－	－
診断用エックス線装置	2	－	－	－	－	－	－
X線透視撮影装置	1	－	－	－	－	－	－
X線CT装置	1	－	－	－	－	－	－
○磁気共鳴画像診断装置	1	－	－	－	－	－	－
超音波画像診断装置	2	－	－	－	－	－	－
超音波用ファントム	1	超音波診断ファントム “ECHOZY”- 腹部 模型付き	41900-000	1	－	5	97
		超音波診断ファントム 上腹部病変付モデル “ABDFAN”	41900-030	1	－	4	98
		マルチモダリティ診断ファントム 上腹部モデル	41952-000	1	26	6	－
		下肢静脈エコーファントム	41950-000	1	－	17	－
		日常点検用体表超音波精度管理ファントム	41902-100	1	－	31	－
眼底写真撮影装置(無散瞳式)	1	－	－	－	－	－	－
○骨密度測定装置	1	－	－	－	－	－	－
散乱線除去グリッド	各種	－	－	－	－	－	－
胸測計	1	－	－	－	－	－	－
角度計(人体測定用)	1	－	－	－	－	－	－
放射線防護用具(X線防護眼鏡を含む)	5	－	－	－	－	－	－
鉛衝立	2	－	－	－	－	－	－
人体ファントム(撮影用)	2	CT撮影用全身ファントム PBU-60	41350-900	1	8	－	－
		胸部ファントム N-1 “ラングマン” チェストプレート付	41337-100	1	17	－	－
		ラングマン収納用ケース	41363-020	1	17	－	－
		CT人体トルソファントム CTU-41 型	41324-040	1	16	－	－
		マーゲンファントム BMU-1 型	41311-000	1	27	－	－
		単純X 線撮影ポジショニングファントム PBU-POSE	41945-000	1	12	－	－
画像表示装置	2	－	－	－	－	－	－
照度計	1	－	－	－	－	－	－
輝度計・色度計	1	－	－	－	－	－	－
非接続形X線測定器	1	－	－	－	－	－	－
濃度計	1	－	－	－	－	－	－
解像力テストチャート	2	－	－	－	－	－	－
アルミ階段(アクリル階段を含む)	2	－	－	－	－	－	－
車椅子	適当数	車椅子(普及型)エアタイヤ	12709-010	1	－	－	－
ストレッチャー	1	－	－	－	－	－	－
ベッド	1	ベッド(KA-5000 シリーズ)	12788-200	1	－	－	－
BLS シミュレータ	1	レサシアンQCPR全身(ライト)LINK仕様	11246-070	1	－	－	108
		AED トレーナ	11826-000	1	－	－	110
		AED リンクトレーニングパッド	11250-060	1	－	－	110
		スキルガイド(延長ケーブル付き)	11217-060	1	－	－	110
自動体外式除細動器	1	AED トレーナ	11826-000	1	－	－	110
静脈注射シミュレータ	適当数	点滴静注シミュレータ “V ライン”	11388-999	4	－	－	42
		装着式採血静注キット “SASUKE” (5個組)	11431-000	1	－	－	43
下部消化管検査等に係るシミュレータ・カテーテル	適当数	注腸カテーテル挿入シミュレータ	11461-000	4	－	－	107
非観血式電子血圧計	適当数	水銀レス血圧計 ウォッシュャブルカフ仕様	12272-600	4	－	－	－

○移動型 X 線装置	1	－	－	－	－	－
乳房撮影用X線装置	1	－	－	－	－	－
○造影剤自動注入器	1	－	－	－	－	－
上部消化管ファントム又は胃模型	1	鼻腔カテーテル造影注入シミュレータ	11462-000	1	69	107
乳腺ファントム	1	可変型乳房ファントム Comp-AY 型	41956-000	1	47	－
		乳房超音波診断ファントム “BREASTFAN”	41904-000	1	－	10
		マンモステップファントム AGH-D210F 型	41328-020	1	48	－
CT ファントム(CTDI 用を含む)	1	JIS 規格 CT 評価用ファントム JCT II 型	41919-000	1	42	－
		CTDI ファントム	41924-000	1	43	－
		マルチモダリティ診断ファントム 上腹部モデル	41952-000	1	26	6
		CT 心臓動態ファントム SKK II 型	41954-000	1	31	－
		DECT評価用ファントムTR-J型	41941-000	1	34	－
		DECT評価用ファントムTR-I型	41941-100	1	34	－
○ MRI 用ファントム	1	MRI 性能評価用ファントム JMR II 型	41330-030	1	52	－
		MRI 性能評価用ファントム MHR型	41330-000	1	51	－
○QC ファントム(核医学用)	1	SPECT ファントム JSP 型(固定具付)	41535-100	1	55	－
○QC ファントム(放射線治療用)	1	タフファントムシリーズ 各種	－	－	65	－
○核医学検査装置	1	－	－	－	－	－
CT・MRI 用3 次元画像処理ソフトウェア	1	－	－	－	－	－
○核医学定量解析ソフトウェア	1	－	－	－	－	－
○放射線治療計画ソフトウェア	1	－	－	－	－	－

○標本及び模型

品目	必要数	製品名	商品コード	数量	掲載頁	超音波 掲載頁	シミュレータ 掲載頁
人体骨格模型	1	日本人男性骨格交連複製モデル	11801-100	1	－	－	－
		日本人女性骨格分離複製モデル	11819-000	1	－	－	－
人体模型又は三次元的人体解剖アプリケーション	1	人体解剖模型 J-100 型	11202-000	1	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
		－	－	－	－	－	－
肺区域模型	1	気管支分岐より見た透明肺区域模型	11050-000	1	－	－	－
肺動静脈模型	1	気管支・肺区域肺動静脈モデル TH 型	11294-000	1	－	－	－
鼻解剖の分岐模型	1	－	－	－	－	－	－
○歯の分岐模型	1	歯の構造模型 CIM 形	11075-000	1	－	－	－
○視器模型	1	－	－	－	－	－	－
心臓模型	1	－	－	－	－	－	－
頭骨模型	1	頭骨複製モデル	11810-000	1	－	－	－
膝関節模型	1	－	－	－	－	－	－
○喉頭模型	1	－	－	－	－	－	－
肝臓模型	1	三臓模型	11076-000	1	－	－	－
消化器系模型	1	胃模型	11077-000	1	－	－	－
脳模型	1	－	－	－	－	－	－
脊髄神経模型	1	脊椎交連複製モデル	11812-000	1	－	－	－
○聴器模型	1	－	－	－	－	－	－
血液循環系模型	1	骨格付き血液循環系模型	11070-000	1	－	－	－
泌尿器系模型	1	－	－	－	－	－	－
冠状動脈模型	1	冠状動脈模型	11289-000	1	－	－	－
肛門模型	1	腸解剖模型	11078-000	1	－	－	－

製品詳細については「放射線ファントムカタログ2026」各掲載ページをご確認ください。
○を付けたものについては、養成所において備えることが望ましい。

数量は、入学定員 20 名を標準としたものであり、入学定員が 20 名を上回る場合には、必要に応じて数量を増加することが推奨されています。

厚生労働省「『診療放射線技師養成所指導ガイドラインについて』の改正等について（通知）」(http://www.radiology.jp/content/files/20211001.01.pdf)を元に作成

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観・価格など予告なく変更になる場合がございます

2026.07



KYOTO KAGAKU



rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp



京都本社・工場
西日本のお客様



〒612-8388 京都市伏見区北堀小屋町 15 番地



075-605-2510 075-605-2519



東京支店
東日本のお客様



〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号 NREG 本郷三丁目ビル 2 階



03-3817-8071 03-3817-8075

製品サイト
全ての製品がご
覧いただけます

