

CT用痛風ファントム

尿酸ナトリウム定量ファントム
関節痛風炎症部位と測定ロッドをCTで同時撮影し
尿酸ナトリウムの定量評価



ファントム ID	尿酸ナトリウム量 (cm ³)		
	実際の値	測定値	誤差
1 (試作品)	0.57	0.41	-28%
2	0.63	0.57	-10%
3	0.66	0.63	-5%

Data collected with Mike McNitt-Gray (UCLA) and Jay Vaishnav (Canon)