注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。


PH-80

日常点検用CTファントム　アクアスラブ

取扱説明書

目次

・セット内容・仕様------P.1
・参考資料----------P.2



株式会社 京都科学

はじめに

セット内容・仕様



ベース素材
　線質依存性水等価材(WEM)

固定板無
　大きさ　W20×D20×H20 cm
　重量　　6.4 kg
固定板有
　大きさ　W20×D20×H21.5 cm
　重量　　6.5 kg

ご使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。
　固定板無：本体


　固定板有：本体(取付用アクリル板付)
　　固定具

注意	
●取り扱いにご注意ください。 樹脂を使用していますので、落下など強い衝撃を与えたり 溶剤が付着したりすると、破損や劣化の原因となります。	●柔らかい布で拭き取ってください。 ファントムの払拭清掃には柔らかい布を使用し、少量の水又は中性洗剤を併用した際も優しく拭きとってください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。
●高温多湿を避けて保管してください。 使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。	●サインペンなどで書き込まないでください。 サインペンなどでファントムに書き込むと、インクが消えなくなります。

はじめに


参考資料

WEM　測定結果
(BKG補正済み)



▲WEMは幅広いエネルギー範囲において水との等価性が高い

Spectral HU Curve



▲ヨード濃度が異なる各造影評価用ロッドにおいて、
各エネルギー帯で人体同様のCT値の変化がみられる

ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。

株式会社 京都科学

URL
https://www.kyotokagaku.com

e-mail
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場
〒612-8388　京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL：075-605-2510（直通）
FAX：075-605-2519

東京支店
〒113-0033　東京都文京区本郷三丁目26番６号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL：03-3817-8071（直通）
FAX：03-3817-8075

2026/10