


婦人科超音波診断ファントム

型番	コードNo	
US-10A	41909-100	婦人科3種セット(正常妊娠7週ユニット・病変ユニットⅡ・異所性妊娠ユニットⅡ)
US-10C	41909-110	婦人科3種セット(正常妊娠10週ユニット・病変ユニットⅡ・異所性妊娠ユニットⅡ) NEW
US-10	41909-000	婦人科2種セット(病変ユニットⅡ・異所性妊娠ユニットⅡ)
US-10B	41909-200	産科2種セット(正常妊娠7週ユニット・異所性妊娠ユニットⅡ)
US-10D	41909-210	産科2種セット(正常妊娠10週ユニット・異所性妊娠ユニットⅡ) NEW

監修・指導: Charlotte Henningsen, MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM
 Chair & Professor - Sonography Department
 Adventist University of Health Sciences
 特許技術(登録番号: 3650096)



典型的な産科・婦人科症例が含まれた トレーニング用ファントムです

特長

- 検査ユニットは、5種類あります。
- 経膈超音波検査でみられる症例をリアルに再現。経腹走査にも対応。

仕様

本体: 成人女性腹部モデル
 重量: 約3.1kg(ボディ)
 大きさ: W34 x D33 x H24cm(腰部ファントム本体) 約3.8kg(ユニット)
 材質: 軟質特殊樹脂

構成	41909-100	41909-110	41909-000	41909-200	41909-210
腹部モデル本体 1体	○	○	○	○	○
病変ユニットⅡ 1式	○	○	○	—	—
正常妊娠7週ユニット 1式	○	—	—	○	—
正常妊娠10週ユニット 1式	—	○	—	—	○
異所性妊娠ユニットⅡ 1式	○	○	○	○	○
IUDユニット 1式	—	—	—	—	—
保管ケース	2点	2点	1点	1点	1点
タルカムパウダー 1点	○	○	○	○	○
シリンジ 1本	○	○	○	○	○
取扱説明書	○	○	○	○	○

	再現している内容	経腹超音波	経膈超音波	US 10 A	US 10 C	US 10	US 10 B	US 10 D
正常妊娠7週ユニット コードNo 41909-050 ● 正常妊娠7週目				✓	—	—	✓	—
NEW 正常妊娠10週ユニット コードNo 41909-070 ● 正常妊娠10週目				—	✓	—	—	✓
異所性妊娠ユニットⅡ コードNo 41909-040 ● 異所性妊娠(卵管膨大部) ● ダグラス窩出血				✓	✓	✓	✓	✓
病変ユニットⅡ コードNo 41909-030 ● 子宮体がん ● 卵巣嚢腫 ● 子宮筋腫 ● ダグラス窩出血				✓	✓	✓	—	—
NEW IUDユニット コードNo 41909-080 ● 子宮内避妊具(IUD)装着位置確認				—	—	—	—	—